

Assay Performance Data

Naam assay:		Beta-2-microglobuline (Serum)
Traceerbaarheid:		
Gekalibreerd naar	1 ^{ste} International Standard of the WHO 1985, Code: B2M	
Referentie-interval of afkapgrenzen		(mg/l)
Herkomst referentiewaarden	1.1 - 2.5 Bron Bijsluiter Siemens	
Stabiliteit monster		
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee , termijn serum 12 uur Ja/ Nee , termijn serum 7 dagen Ja/ Nee , termijn serum 2 maanden Houdbaarheidscriteria liggen binnen de grenzen zoals aangegeven in de meest recent bijsluiter.	
Detectielimieten		(mg/l)
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	Afhankelijk van de concentratie standaard. Niet bekend	
Imprecisie		(mg/l)
Concentratie (0.81) Concentratie (4.50)	CV (%):3.5 CV (%):3.7	
Meetbereik		(mg/l)
Meetbereik	0.7 - 22.6 in de standaard verdunning	
Extern QC programma		
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (TM)	

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 06-06-2025
-------------------	-------------------