

	code	FRIS
Meetonzekerheid uit jaarrapport SKML	Procedure	Clobazam (en desmethylclobazam)
	Criterion	Jaarscore
	T.E.a % SKML	≥1
Stof	Juistheid	30
	Precisie	5,9
	Total error	11
	Sigma-TE	27,9
	Sigma-SA	5,0
	SKML Score	2,1
Meet onzekerheid	95%	2
	EIS	21,6
	Beoordeling	OK
Metaboliet 1	Juistheid	OK
	Precisie	%
	Total error	11
	Sigma-TE	3,2
	Sigma SA	17,4
	SKML Score	6,0
Meet onzekerheid	95%	3,1
	EIS	2
	Beoordeling	6,3
Metaboliet 2	Juistheid	OK
	Precisie	%
	Total error	%
	Sigma-SA	
	Sigma-TE	
	SKML Score	
Meet onzekerheid	95%	
	EIS	
	Beoordeling	
Stof	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	21
Metaboliet 1	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	79
Metaboliet 2	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	63