

	code	ANAF
Meetonzekerheid uit jaarrapport SKML	Procedure	Clomipramine (en Desmethylclomipramine)
	Criterion	Jaarscore
	T.E.a % SKML	≥1
Stof	Juistheid	20
	Precisie	%
	Total error	-1,5
	Sigma-TE	%
	Sigma-SA	7
	SKML Score	15,5
Meet onzekerheid	95%	3,0
	EIS	2,5
	Beoordeling	1
Metaboliet 1	Juistheid	13,7
	Precisie	%
	Total error	OK
	Sigma-TE	OK
	Sigma SA	OK
	SKML Score	OK
Meet onzekerheid	95%	12,2
	EIS	10
	Beoordeling	90
Metaboliet 2	Juistheid	%
	Precisie	%
	Total error	%
	Sigma-SA	
	Sigma-TE	
	SKML Score	
Meet onzekerheid	95%	
	EIS	
	Beoordeling	
Stof	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	%
Metaboliet 1	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	%
Metaboliet 2	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	%