

	code	RIVO
Meetonzekerheid uit jaarrapport SKML	Procedure	Clonazepam
	Criterion	Jaarscore
	T.E.a % SKML	≥1
Stof	Juistheid	30
	Precisie	+2,9
	Total error	28
	Sigma-TE	58,9
	Sigma-SA	3,6
	SKML Score	2,0
Meet onzekerheid	95%	1
	EIS	54,9
	Beoordeling	OK
Metaboliet 1	Juistheid	% op basis van score SKML
	Precisie	%
	Total error	%
	Sigma-TE	
	Sigma SA	
	SKML Score	
Meet onzekerheid	95%	
	EIS	
	Beoordeling	
Metaboliet 2	Juistheid	%
	Precisie	%
	Total error	%
	Sigma-SA	
	Sigma-TE	
	SKML Score	
Meet onzekerheid	95%	
	EIS	
	Beoordeling	
Stof	Bijdrage bias	% 5
	Bijdrage Imprecisie	% 95
Metaboliet 1	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	%
Metaboliet 2	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	%