

	code	LEPO
Meetonzekerheid uit jaarrapport SKML	Procedure	Clozapine (en Desmethylclozapine)
	Criterium	Jaarscore
	T.E.a % SKML	≥1
Stof	Juistheid	20
	Precisie	+0,9
	Total error	2,7
	Sigma-TE	6,3
	Sigma-SA	6,0
	SKML Score	5,7
Meet onzekerheid	95%	2
	EIS	5,3
	Beoordeling	OK
Metaboliet 1	Juistheid	%
	Precisie	%
	Total error	%
	Sigma-TE	intern/lgc
	Sigma SA	
	SKML Score	
Meet onzekerheid	95%	
	EIS	
	Beoordeling	
Metaboliet 2	Juistheid	%
	Precisie	%
	Total error	%
	Sigma-SA	
	Sigma-TE	
	SKML Score	
Meet onzekerheid	95%	
	EIS	
	Beoordeling	
Stof	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	14
Metaboliet 1	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	86
Metaboliet 2	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	%