

Performance data sheet

Testnaam Factor VIII activiteit gemeten/normaal in plaatjesarm plasma
m.b.v. een stollingstest

LOINC code 3209-4

Detection limit ca. 2 %

Imprecision
Within run:
Low 41%: CV% 4,3
High 97%: CV% 6,4
Between run:
Low 50%: CV% 7,5%
High 149 % CV% 8,4%

Measurement range ca. 2 - ca. 600 % afhankelijk van het calibrant

Traceability Calibrator van Siemens