

Performance data sheet

Testnaam Proteïne C gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een chromogene methode

LOINC code 27818-4

Detection limit 5 %

Imprecision
Within run:
Low 45%: CV% 3,2
High 112%: CV% 1,4
Between run:
Low 34%: CV% 4,6
High 96%: CV% 3,5

Measurement range 5 - 200 %

Traceability Calibrator van Siemens