

# Performance data sheet

**Testnaam** von Willebrand factor (vWf) Ag gemeten/normaal in plaatjesarm plasma m.b.v. een immunologische methode

---

LOINC code 27816-8

Detection limit 3 %

Imprecision  
Within run:  
Low 33%: CV% 2,7  
High 89%: CV% 1,9  
Between run:  
Low 40%: CV% 4,4  
High 87%: CV% 2,9

Measurement range 3 - 300 %

Traceability Calibrator van Siemens