

	code	RSDP
Meetonzekerheid uit jaarrapport SKML	Procedure	Risperidon (en 9-OH risperidon)
	Criterion	Jaarscore
	T.E.a % SKML	≥1
Stof	Juistheid	30
	Precisie	+4,3
	Total error	8,8
	Sigma-TE	21,9
	Sigma-SA	3,7
	SKML Score	2,8
Meet onzekerheid	95%	1
	EIS	17,2
	Beoordeling	OK
Metaboliet 1	Juistheid	OK
	Precisie	%
	Total error	+4,5
	Sigma-TE	15
	Sigma SA	34,5
	SKML Score	2,9
Meet onzekerheid	95%	2,6
	EIS	1
	Beoordeling	29,4
Metaboliet 2	Juistheid	OK
	Precisie	%
	Total error	%
	Sigma-SA	
	Sigma-TE	
	SKML Score	
Meet onzekerheid	95%	
	EIS	
	Beoordeling	
Stof	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	20
Metaboliet 1	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	80
Metaboliet 2	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	13