

Afdeling Klinische Chemie

Locatie VUmc

Assay Performance Data

Naam assay:	Alfa-1-antitrypsine
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Kit en kalibrator Siemens, gemeten op Siemens Atellica Neph 630
Detectielimiet:	0,04 g/L
Meetbereik:	Doorverdunnen tot uitslag
Meetonzekerheid:	Bij concentratie 0,8 g/L: CV 3,3% Bij concentratie 2,1 g/L: CV 4,5%
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	SKML Combi Immunochemie SKML Feces chemie