

## Afdeling Klinische Chemie

Locatie VUmc

### Assay Performance Data

Naam assay:	MX1 RNA analyse, qPCR ratio berekening
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Zie onderste kolom (deelname QC)
Detectielimiet:	10 kopiën
Meetbereik:	Ijklijn: $10^2$ - $10^9$ kopiën Sample range: $10^3$ - $10^5$ kopiën
Meetonzekerheid:	Zie onderste kolom (deelname QC)
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	Nee, er is geen externe QC beschikbaar.  De resultaten worden vrijgegeven, nadat de volgende criteria zijn behaald: De blanco is negatief, de ijklijn moet een slope hebben tussen -3.2 en -3.5 en een $R^2 < 0.99$ , de SD van de duplo's $< 0.250$ , CV $< 20\%$ en het referentie sample valt binnen de gestelde waarde.