

Afdeling Klinische Chemie

Locatie VUmc

Assay Performance Data

Naam assay:	Adenosinedeaminase (ADA)
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Assay en calibrator van Diazyme, bepaald op Cobas 6000
Detectielimiet:	0 U/L
Meetbereik:	0 - 200 U/L
Meetonzekerheid:	Bij concentratie 31 U/L: CV 2,0% Bij concentratie 145 U/L: CV 2,0%
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	Geen externe rondzending beschikbaar. Alternatief: oud monster opnieuw bepalen.