



Assay Performance Data

Naam assay:	Coffeine in serum
Traceerbaarheid	
gekalibreerd naar	Additie van eigen bereide standaard
Referentie-interval of afkapgrenzen	
<ul style="list-style-type: none"> Bron ref-interval <ul style="list-style-type: none"> Geslachtsafhankelijkheid Leeftijdsafhankelijkheid 	zie labgids: https://www.labgids.nl/
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4°C -20°C	zie labgids: https://www.labgids.nl/
Detectielimieten	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantification)	LoD: Coffeine: 0,04 mg/L LoQ: Coffeine: 0,12 mg/L
Imprecisie	
concentratie: 12,08 mg/L	CV(%): 2,6
Meetbereik	
Meetbereik	5- 40 mg/L Uitslagen <0,12 worden als zodanig gerapporteerd

Extern QC programma	
EQC	KKGT

Ingevuld door: Y. van Leusden	Datum: 24-12-2019
-------------------------------	-------------------