

Performance data sheet

Testnaam	Von Willebrand factor cleaving proteaseactiviteit
LOINC code	97990-6
Detection limit	0,1%
Imprecision	De aanwezigheid van reuma factor kan resulteren in lagere ADAMTS13 activiteit
Measurement range	0,2-150,0% (lineair)
Traceability	De gerapporteerde waarden zijn bepaald over meerdere runs op de ACL Acustar m.b.v. specifieke partijen reagentia en tegen een Interne House nStandard, die is toegkend tegen het huidige internationale referentiemateriaal voor ADAMTS13